

R.36.18

**Dotyczy: Rozeznanie cenowe na dostawę odczynników laboratoryjnych dla WSSE w Olsztynie**

Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Olsztynie udziela wyjaśnień na przesłane zapytania dotyczące treści wyżej wymienionego rozeznania.

**Dotyczy: Zadania 8 – Laboratorium w Elblągu – materiały certyfikowane do badania wody i żywności**

Czy Zamawiający dopuści wzorzec w opakowaniu 500ml z datą ważności 18 miesięcy lub w opakowaniu 125 ml z datą ważności do 31/05/2025?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wzorzec 500ml z 18-miesięcznym okresem ważności w dniu dostawy.

ZMIANA SIWZ

Było: wzorzec odniesiony do materiałów NIST, termin ważności nie krótszy niż 2 lata od daty zakupu.

Jest: wzorzec odniesiony do materiałów NIST, termin ważności nie krótszy niż 18 miesięcy od daty zakupu.

Nowy formularz cenowy do pobrania na stronie Zamawiającego

KIEROWNICZKA  
ODDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

mgr Izabela Nowicka